



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 22.01.03.000.М.001769.12.12 от 04.12.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) (согласно приложения)

Отделение лучевой диагностики ФГБУ "ФЦТОЭ" Минздравсоцразвития России (г. Барнаул), Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (г. Барнаул), Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновский кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"; СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №05/1152 от 04.12.2012г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Заключение действительно до 04.12.2017 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2343177

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 22.01.03.000.М.001769.12.12 ОТ 04.12.2012 г.

1. Марка рентгеновского аппарата: компьютерный томограф Somatom Emotion 16
Заводской номер: 78601
Год выпуска: 2011
Год ввода в эксплуатацию: 2012
Напряжение: 130 кВ, Ток: 345 мА

2. Марка рентгеновского аппарата: рентгеновский диагностический аппарат AXIOM Iconos R200
Заводской номер: 6622
Год выпуска: 2011
Год ввода в эксплуатацию: 2012
Напряжение: 150 кВ, Ток: 1000 мА

3. Марка рентгеновского аппарата: мобильный хирургический рентгеновский аппарат Arcadis Orbic
Заводской номер: 22552
Год выпуска: 2011
Год ввода в эксплуатацию: 2012
Напряжение: 150 кВ, Ток: 23,1 мА

4. Марка рентгеновского аппарата: мобильный хирургический рентгеновский аппарат Arcadis Orbic
Заводской номер: 22563
Год выпуска: 2011
Год ввода в эксплуатацию: 2012
Напряжение: 150 кВ, Ток: 23,1 мА

5. Марка рентгеновского аппарата: палатный рентгеновский аппарат Plimobil Plus
Заводской номер: 20543
Год выпуска: 2011
Год ввода в эксплуатацию: 2012
Напряжение: 125 кВ, Ток: 250 мА

Ограничительные условия: Обязательное наличие индивидуального дозиметрического контроля персонала группы А



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

